

**Nome Prodotto**

Posizionatore Sagomato con Basetta per Nervo Ulnare.

Codice	Misure (cm)
05.00.AP073	40 x 12.5 x 6
05.00.AP074	60 x 12.5 x 6
05.00.AP075	50 x 12.5 x 6
05.00.AP076	63 x 12.5 x 6

**Categoria**

Posizionatore in Gel per Sala Operatoria.

**Descrizione**

Il POSIZIONATORE SAGOMATO CON BASETTA PER NERVO ULNARE protegge e stabilizza gli arti superiori durante gli interventi chirurgici.

**Materiali**Il POSIZIONATORE SAGOMATO CON BASETTA PER NERVO ULNARE è realizzato in gel amorfo di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm<sup>3</sup> rivestito da un film di poliuretano. La base è in espanso sagomato ricoperta da uno strato di gel.**Manutenzione e Pulizia**

- I posizionatori in gel posso essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria.
- Evitare di immergere per lungo tempo i posizionatori in gel nel detergente e/o disinfettante.

**Conservazione e Smaltimento**

- Mantenere, se possibile, i posizionatori in una superficie in piano.
- Evitare di appoggiare sui posizionatori oggetti pesanti o taglienti.
- Mantenere la temperatura del gel tra i 50° e i -18°.
- Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.
- Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Confezione**

1 Pezzo.

**Garanzia**

24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili.

**Codice ISO**

04.33.09

**Codice CND**

Y033399

**Codice RDM**

90736/R

**Classe Dispositivo Medico**

I conforme alla Direttiva 93/42/CEE



### Product Name

Contoured Armboard with Base.



Code	Dimensions (cm)
05.00.AP073	40 x 12.5 x 6
05.00.AP074	60 x 12.5 x 6
05.00.AP075	50 x 12.5 x 6
05.00.AP076	63 x 12.5 x 6

### Category

Gel Positioner for Operating Table.

### Description

It protects the patient's forehead from the pressure exerted by the oxygen tube used for mechanical ventilation.

### Materials

It is made of an amorphous polyurethane gel with a density of 0.99 gr/cm<sup>3</sup>. The base is made of foam.

### Maintenance and Cleaning

- The gel positioners can be easily cleaned with any cleaning agent and / or disinfectant for the operating room.
- Avoid immersing the gel positioners in the detergent and / or disinfectant for a long time.

### Storage and Disposal

- Keep the positioners, if possible, on a level surface.
- Avoid placing heavy or sharp objects on the positioners.
- Keep the gel temperature between 50 ° and -18 °.
- Keep away from sources of light, moisture and heat.
- Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection.

### Package

1 Piece.

### Warranty

24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts.

### ISO Code

04.33.09

### CND Code

Y033399

### RDM Code

90736/R

### Medical Device Class

I complies with Directive 93/42/CEE

