

**Nome Prodotto**

Posizionatori Ovali Universali.

Codice	Misure (cm)
05.00.AP091	16 x 8 x 4,5
05.00.AP092	33 x 7 x 5
05.00.AP093	33 x 12 x 6
05.00.AP094	36 x 12,5 x 7
05.00.AP095	25 x 12,5 x 5
05.00.AP096	38 x 12,5 x 6,3
05.00.AP097	50 x 12,5 x 7

Categoria

Posizionatore in Gel per Sala Operatoria.

Descrizione

I POSIZIONATORI OVALI UNIVERSALI sono studiati per sostenere qualsiasi parte del corpo sotto i quali vengono posizionati.

MaterialiI POSIZIONATORI OVALI UNIVERSALI sono realizzati in gel amorfo di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm³ rivestito da un film di poliuretano.**Manutenzione e Pulizia**

- I posizionatori in gel posso essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria.
- Evitare di immergere per lungo tempo i posizionatori in gel nel detergente e/o disinfettante.

Conservazione e Smaltimento

- Mantenere, se possibile, i posizionatori in una superficie in piano.
- Evitare di appoggiare sui posizionatori oggetti pesanti o taglienti.
- Mantenere la temperatura del gel tra i 50° e i -18°.
- Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.
- Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione

1 Pezzo.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili.

Codice ISO

04.33.09

Codice CND

Y033399

Codice RDM

90736/R

Classe Dispositivo Medico

I conforme alla Direttiva 93/42/CEE



Product Name
Patient Positioner.



Code	Dimensions (cm)
05.00.AP091	16 x 8 x 4.5
05.00.AP092	33 x 7 x 5
05.00.AP093	33 x 12 x 6
05.00.AP094	36 x 12.5 x 7
05.00.AP095	25 x 12.5 x 5
05.00.AP096	38 x 12.5 x 6.3
05.00.AP097	50 x 12.5 x 7

Category

Gel Positioner for Operating Table.

Description

This extremely versatile positioners are good for any procedure. Beneficial for tracheotomy, thyroidectomy, tonsil and adenoid cases, cataract or other ophthalmic procedures.

Materials

It is made of an amorphous polyurethane gel with a density of 0.99 gr/cm³.

Maintenance and Cleaning

- The gel positioners can be easily cleaned with any cleaning agent and / or disinfectant for the operating room.
- Avoid immersing the gel positioners in the detergent and / or disinfectant for a long time.

Storage and Disposal

- Keep the positioners, if possible, on a level surface.
- Avoid placing heavy or sharp objects on the positioners.
- Keep the gel temperature between 50 ° and -18 °.
- Keep away from sources of light, moisture and heat.
- Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection.

Package

1 Piece.

Warranty

24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts.

ISO Code

04.33.09

CND Code

Y033399

RDM Code

90736/R

Medical Device Class

I complies with Directive 93/42/CEE

