

**Nome Prodotto**

Protezione per Addome • Bambino.

Codice	Misure (cm)
05.00.AP047-1	15 x 5 x 5
05.00.AP047-2	20 x 5 x 5
05.00.AP047-3	25 x 5 x 5
05.00.AP047-4	30 x 5 x 5
05.00.AP048-1	15 x 7,5 x 7,5
05.00.AP048-2	20 x 7,5 x 7,5
05.00.AP048-3	25 x 7,5 x 7,5
05.00.AP048-4	30 x 7,5 x 7,5

**Categoria**

Posizionatore in Gel per Sala Operatoria.

**Descrizione**

La PROTEZIONE PER ADDOME sostiene e stabilizza l'addome del paziente pediatrico che si trova in posizione prona.

**Materiali**La PROTEZIONE PER ADDOME è realizzata in gel amorfo di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm<sup>3</sup> rivestito da un film di poliuretano.**Manutenzione e Pulizia**

- I posizionatori in gel posso essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria.
- Evitare di immergere per lungo tempo i posizionatori in gel nel detergente e/o disinfettante.

**Conservazione e Smaltimento**

- Mantenere, se possibile, i posizionatori in una superficie in piano.
- Evitare di appoggiare sui posizionatori oggetti pesanti o taglienti.
- Mantenere la temperatura del gel tra i 50° e i -18°.
- Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.
- Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Confezione**

1 Pezzo.

**Garanzia**

24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili.

**Codice CND**

Y033399

**Codice RDM**

90736/R

**Classe Dispositivo Medico**

I conforme alla Direttiva MDR 2017/745



Product Name  
Pediatric Chest Roll.



Code	Dimensions (cm)
05.00.AP047-1	15 x 5 x 5
05.00.AP047-2	20 x 5 x 5
05.00.AP047-3	25 x 5 x 5
05.00.AP047-4	30 x 5 x 5
05.00.AP048-1	15 x 7.5 x 7.5
05.00.AP048-2	20 x 7.5 x 7.5
05.00.AP048-3	25 x 7.5 x 7.5
05.00.AP048-4	30 x 7.5 x 7.5

Category  
Gel Positioner for Operating Table.

Description  
It can be used as an abdomen support during all types of surgery.

Materials  
It is made of an amorphous polyurethane gel with a density of 0.99 gr/cm<sup>3</sup>.

Maintenance and Cleaning

- The gel positioners can be easily cleaned with any cleaning agent and / or disinfectant for the operating room.
- Avoid immersing the gel positioners in the detergent and / or disinfectant for a long time.

Storage and Disposal

- Keep the positioners, if possible, on a level surface.
- Avoid placing heavy or sharp objects on the positioners.
- Keep the gel temperature between 50 ° and -18 °.
- Keep away from sources of light, moisture and heat.
- Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection.

Package  
1 Piece.

Warranty  
24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts.

CND Code  
Y033399

RDM Code  
90736/R

Medical Device Class  
I complies with Directive MDR 2017/745

