

SCHEDA TECNICA

PROTEZIONE PER STIVALETTO DA TRAZIONE

REVISIONE N° 1

DATA 05/2024



Nome Prodotto

Protezione per Stivaletto da Trazione.

Codice	Misure (cm)
05.00.AP902	37 x 24 x 0.5

Categoria

Posizionatore in Gel per Sala Operatoria.

Descrizione

La PROTEZIONE PER STIVALETTO DA TRAZIONE viene utilizzata nello stivaletto da trazione per proteggere il piede.

Materiali

La PROTEZIONE PER STIVALETTO DA TRAZIONE è realizzata in gel amorfo di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm3 rivestito da un film di poliuretano.

Manutenzione e Pulizia

- I posizionatori in gel posso essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria.
- Evitare di immergere per lungo tempo i posizionatori in gel nel detergente e/o disinfettante.

Conservazione e Smaltimento

- Mantenere, se possibile, i posizionatori in una superficie in piano.
- Evitare di appoggiare sui posizionatori oggetti pesanti o taglienti.
- Mantenere la temperatura del gel tra i 50° e i -18°.
- Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.
- Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione

1 Pezzo.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili.

Codice CND


Y033399

Codice RDM

90736/R

Classe Dispositivo Medico

I conforme alla Direttiva MDR 2017/745





DATA SHEET

TRACTION BOOT PAD COVER

REVISION N° 1

DATE 05/2024

Product Name

Traction Boot Pad Cover.

Code	Dimensions (cm)
05.00.AP902	37 x 24 x 0.5



Gel Positioner for Operating Table.

Description

It is used in the traction boot to protect the foot for patients in lithotomy position.

Materials

It is made of an amorphous polyurethane gel with a density of 0.99 gr/cm3.

Maintenance and Cleaning

- The gel positioners can be easily cleaned with any cleaning agent and / or disinfectant for the operating room.
- Avoid immersing the gel positioners in the detergent and / or disinfectant for a long time.

Storage and Disposal

- Keep the positioners, if possible, on a level surface.
- Avoid placing heavy or sharp objects on the positioners.
- \bullet Keep the gel temperature between 50 $^{\circ}$ and -18 $^{\circ}$
- Keep away from sources of light, moisture and heat.
- Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection.

Package

1 Piece.

Warranty

24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts.

CND Code

Y033399

RDM Code

90736/R

Medical Device Class

I complies with Directive MDR 2017/745

