

**Nome Prodotto**

Lastre Comfy.

Codice	Misure (cm)
05.00.NP1616	40 x 40 x 1.6
05.00.NP1816	46 x 40 x 1.6
05.00.NP1818	46 x 46 x 1.6
05.00.NP2018	50 x 46 x 1.6

Categoria

Posizionatore in Gel per Sala Operatoria.

Descrizione

Le LASTRE COMFY, grazie al loro particolare disegno, permettono di mantenere la pelle ossigenata evitando così il rischio di arrossamenti cutanei.

Vengono usate principalmente come cuscini su sedie, carrozzine, ecc.

Materiali

Le LASTRE COMFY sono realizzate in gel amorfo di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm³ rivestito da un film di poliuretano.

Manutenzione e Pulizia

- I posizionatori in gel posso essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria.
- Evitare di immergere per lungo tempo i posizionatori in gel nel detergente e/o disinfettante.

Conservazione e Smaltimento

- Mantenere, se possibile, i posizionatori in una superficie in piano.
- Piegare le lastre di grandi dimensioni in sezioni di 35 cm, approssimativamente.
- Evitare di appoggiare sui posizionatori oggetti pesanti o taglienti.
- Mantenere la temperatura del gel tra i 50° e i -18°.
- Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.
- Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione

1 Pezzo.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili.

Codice CND


Y033399

Codice RDM

90736/R

Classe Dispositivo Medico

I conforme alla Direttiva MDR 2017/745



Product Name
Comfy Pads.



Code	Dimensions (cm)
05.00.NP1616	40 x 40 x 1.6
05.00.NP1816	46 x 40 x 1.6
05.00.NP1818	46 x 46 x 1.6
05.00.NP2018	50 x 46 x 1.6

Category

Gel Positioner for Operating Table.

Description

Their particular design allows to maintain the hydrogen peroxide thus avoiding the risk of skin reddening. Thanks to the various sizes, they are designed to be used as a cushion on chairs.

Materials

The COMFY PADS are made of an amorphous polyurethane gel with a density of 0.99 gr/cm³.

Maintenance and Cleaning

- The gel positioners can be easily cleaned with any cleaning agent and / or disinfectant for the operating room.
- Avoid immersing the gel positioners in the detergent and / or disinfectant for a long time.

Storage and Disposal

- Keep the positioners, if possible, on a level surface.
- Fold large slabs in sections of 35 cm, approximately.
- Avoid placing heavy or sharp objects on the positioners.
- Keep the gel temperature between 50 ° and -18 °.
- Keep away from sources of light, moisture and heat.
- Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection.

Package

1 Piece.

Warranty

24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts.

CND Code

Y033399

RDM Code

90736/R

Medical Device Class

I complies with Directive MDR 2017/745

