

**Nome Prodotto**

Protezione per Addome X-Gel.

Codice	Misure (cm)
05.00.XG041	30 x 15 x 10
05.00.XG042	40 x 15 x 10
05.00.XG043	50 x 15 x 10

Categoria

Posizionatore in Gel per Sala Operatoria.

Descrizione

La PROTEZIONE PER ADDOME X-GEL sostiene e stabilizza l'addome del paziente durante tutti i tipi di intervento chirurgico.

MaterialiLa PROTEZIONE PER ADDOME X-GEL è realizzata in gel amorfo di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm³ rivestito da un film di poliuretano. All'interno dell'involucro in gel è stata inserita una schiuma morbida per alleggerirne il peso.**Manutenzione e Pulizia**

- I posizionatori in gel posso essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria.
- Evitare di immergere per lungo tempo i posizionatori in gel nel detergente e/o disinfettante.

Conservazione e Smaltimento

- Mantenere, se possibile, i posizionatori in una superficie in piano.
- Evitare di appoggiare sui posizionatori oggetti pesanti o taglienti.
- Mantenere la temperatura del gel tra i 50° e i -18°.
- Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.
- Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione

1 Pezzo.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili.

Codice CND

Y033399

Codice RDM

90736/R

Classe Dispositivo Medico

I conforme alla Direttiva MDR 2017/745



Product Name
Chest Roll X-Gel.



Code	Dimensions (cm)
05.00.XG041	30 x 15 x 10
05.00.XG042	40 x 15 x 10
05.00.XG043	50 x 15 x 10

Category
Gel Positioner for Operating Table.

Description

It can be used as an abdomen support during all types of surgery. Thanks to the foam, this protection is much lighter than the others.

Materials

It has a foam core covered by an amorphous polyurethane gel with a density of 0.99 gr/cm³.

Maintenance and Cleaning

- The gel positioners can be easily cleaned with any cleaning agent and / or disinfectant for the operating room.
- Avoid immersing the gel positioners in the detergent and / or disinfectant for a long time.

Storage and Disposal

- Keep the positioners, if possible, on a level surface.
- Avoid placing heavy or sharp objects on the positioners.
- Keep the gel temperature between 50 ° and -18 °.
- Keep away from sources of light, moisture and heat.
- Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection.

Package

1 Piece.

Warranty

24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts.

CND Code

Y033399

RDM Code

90736/R

Medical Device Class

I complies with Directive MDR 2017/745

