

**Nome Prodotto**

Talloniera con Velcro.

Codice	Misure (cm)
05.00.AP034	17 x 23 x 1.3

Categoria

Posizionatore in Gel per Sala Operatoria.

Descrizione

La TALLONIERA CON VELCRO viene indossata dal paziente che si trova in posizione supina; il cinturino all'estremità ne permette la chiusura.

MaterialiLa TALLONIERA CON VELCRO è realizzata in gel amorfo di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm³ rivestito da un film di poliuretano. Il cinturino per la chiusura è in velcro.**Manutenzione e Pulizia**

- I posizionatori in gel posso essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria.
- Evitare di immergere per lungo tempo i posizionatori in gel nel detergente e/o disinfettante.

Conservazione e Smaltimento

- Mantenere, se possibile, i posizionatori in una superficie in piano.
- Evitare di appoggiare sui posizionatori oggetti pesanti o taglienti.
- Mantenere la temperatura del gel tra i 50° e i -18°.
- Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.
- Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione

2 Pezzi.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili.

Codice CND


Y033399

Codice RDM

90736/R

Classe Dispositivo Medico

I conforme alla Direttiva MDR 2017/745



Product Name
Heel Protector Pad.



Code	Dimensions (cm)
05.00.AP034	17 x 23 x 1.3

Category
Gel Positioner for Operating Table.

Description
It should be used for any procedure that is lengthy and involves pressure on the patient's heel area. This pad is easy to use. Care providers simply place patient's foot in the pad and secure Hook and Loop attachments.

Materials
It is made of an amorphous polyurethane gel with a density of 0.99 gr/cm³. Comes complete with Hook and Loop attachments.

Maintenance and Cleaning

- The gel positioners can be easily cleaned with any cleaning agent and / or disinfectant for the operating room.
- Avoid immersing the gel positioners in the detergent and / or disinfectant for a long time.

Storage and Disposal

- Keep the positioners, if possible, on a level surface.
- Avoid placing heavy or sharp objects on the positioners.
- Keep the gel temperature between 50 ° and -18 °.
- Keep away from sources of light, moisture and heat.
- Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection.

Package
2 Pieces.

Warranty
24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts.

CND Code
Y033399

RDM Code
90736/R

Medical Device Class
I complies with Directive MDR 2017/745

