

Nome Prodotto

Materasso ad Aria K20 Plus Bariatrico.

Destinazione d'uso

Il materasso ad elementi intercambiabili K20 Plus viene abbinato al compressore Devicare R7E (cod. 05.03.R7E). La combinazione di materasso e compressore crea un dispositivo medico per la prevenzione e il sollievo dalle piaghe da decubito in soggetti allettati; sia a domicilio che in ambiente ospedaliero. L'alternarsi dei punti di contatto tra epidermide e materasso effettua un leggero massaggio; si va così a stimolare il flusso sanguineo ed una buona ossigenazione dei tessuti.



Caratteristiche

| | |
|--|--|
| Codice | 05.03.K20PLUS-120 |
| Materiale Elementi Intercambiabili | TPU |
| Numero Elementi | 20 |
| Elementi CELL IN CELL | Divisi in due camere indipendenti, di cui una sempre gonfia della base e una dedicata al movimento alternato |
| Altezza Elementi | 21 cm |
| Dimensione Materasso Gonfio | 200 x 120 x 21 cm |
| Portata Terapeutica | 250 Kg |
| Modalità di Erogazione dell'Aria | Statica e Dinamica a Due Vie (A-b-A-b) - Base Sempre Gonfia |
| AUTODETECT SYSTEM: sistema digitale di rilevazione automatica del peso e della posizione | |
| Connettore TRANSPORT, permette di mantenere il materasso gonfio per 12 h senza l'uso del compressore | |
| Raccordi a sgancio rapido CPC One Way, consentono di sostituire un elemento senza dover sgonfiare l'intero materasso | |
| Cinghie alle estremità per il fissaggio al letto | |
| Fodera in poliuretano ignifugo con cerniera a 360° su 4 lati | |
| Valvola CPR di sgonfiaggio rapido | |
| Tre elementi a livello del capo statici | |

Manutenzione e Pulizia Fodera

| | |
|-------------------|-------------|
| Lavaggio Max 95°C | Non Stirare |
|-------------------|-------------|

Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma

Manutenzione e Pulizia Materasso

| |
|--|
| Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato |
| Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica |

Conservazione e Smaltimento

| |
|--|
| Si consiglia l'uso ad un solo utente |
| Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore |
| Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata |

Confezione e Nr. Articoli

| | |
|---------|---------|
| Scatola | 1 Pezzo |
|---------|---------|

Garanzia

| | |
|---------|--|
| Europea | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili |
|---------|--|

Riferimenti del Prodotto

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Fabbricante | Demarta Virginio S.r.l. |
| Classe di Dispositivo MDR 2017/745 | Classe I |
| Codice ISO DM 332/99 | 03.33.06.021 |
| Codice ISO DPCM 12.01.2017 | 04.33.06.018 |
| Codice CND | V080701 |
| Codice RDM | 2600944/R |


Product Name

Air Mattress K20 Plus Bariatric.

Use

The mattress K20 Plus has to be combined with Devicare R7E pump (code 05.03.R7E). The combination of mattress and pump creates a medical device for the prevention and relief of pressure ulcers in patients who have to stay in bed for a long time. It is suitable to use both at home or in a hospital. The alternation of the contact points between the skin and the mattress makes a light massage; in this way it is possible to stimulate the blood flow and a good oxygenation of the tissues.


Features

| | |
|---|---|
| Code | 05.03.K20PLUS-120 |
| Interchangeable Elements Material | TPU |
| Number of Elements | 20 |
| CELL in CELL Elements | The cell is divided in two independent compartments, one of which is the base always inflated and the other does the alternating part |
| Cells Height | 21 cm |
| Dimensions Inflated | 200 x 120 x 21 cm |
| Therapeutic Capacity | 250 Kg |
| Air Mode | Two Ways Static and Dynamic (A-b-A-b) – Base Always Inflated |
| AUTODETECT SYSTEM: digital system of automatic weight and patient position detection | |
| TRANSPORT connector: allows to keep the air in the mattress for 12 hours without the pump working | |
| Quick release connectors CPC ONE WAY which allows to change a cell without deflating the mattress | |
| Straps at the ends for attachment to the bed | |
| External cover in fireproof Polyurethane with 360° zip on 4 sides | |
| CPR valve for quick deflation | |
| First three elements always inflated | |

Cover Maintenance and Cleaning

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Water temperature not above 95° C | Do not iron |
|-----------------------------------|-------------|

Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle

Mattress Maintenance and Cleaning

Clean the mattress with a damp cloth and mild soap

Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base

Storage and Disposal

Single-user Product

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

Package and Nr. Items

| | |
|-----|---------|
| Box | 1 Piece |
|-----|---------|

Warranty

| | |
|----------|--|
| European | 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts |
|----------|--|

Product References

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Manufacturer | Demarta Virginio S.r.l. |
| Directive MDR 2017/745 | Class I |
| ISO Code DM 332/99 | 03.33.06.021 |
| ISO Code DPCM 12.01.2017 | 04.33.06.018 |
| CND Code | V080701 |
| RDM code | 2600944/R |