

				
Enclara Medical Srl Via M. Pagano, 65 – 20145 Milano - Italia info@enclaramedical.it – www.enclaramedical.it			Distribuito da:	

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO MEDICO	Modulo STDM	Rev. 02 – 25.05.2021
--	--------------------	----------------------

PLS 001	Pannello di lavaggio e sanificazione
----------------	---

Destinazione d'uso

Il pannello di sanificazione PLS 001 è destinato al lavaggio dei pazienti ed alla sanificazione degli ausili da essi utilizzati all'interno di bagni assistiti presso strutture sanitarie, case di cura e case di riposo. Le operazioni di lavaggio e sanificazione devono essere eseguite da un operatore professionale.

Caratteristiche principali

Struttura realizzata in acciaio zincato, verniciato con polveri epossidiche anticorrosione. Miscelatore termostatico con blocco di sicurezza temperatura max a 38°C. Doccetta a pulsante con tubo bianco per il lavaggio dei pazienti. Flussimetro di regolazione della concentrazione del disinfettante. Venturimetro per la miscelazione acqua-disinfettante. Doccetta a pulsante con tubo giallo per la sanificazione. Contenitore disinfettante inserito in un supporto con chiusura a vite e serratura.

Immagine prodotto



Riferimenti Fabbricante

Fabbricante	Enclara Medical S.r.l.
Paese di produzione	Italia
Classificazione MDR 745/2017	Classe I
Codice UDI-DI di base	8053307711039V

Caratteristiche Idrauliche

Connessione ingresso acqua	Flessibile treccia inox con girello 1/2" femmina
Temperatura max acqua calda	70°C
Pressione min / max ingresso	1 / 5 bar

Misure

Altezza	510 mm
Larghezza	455 mm
Profondità	190 mm
Peso (senza detergente)	15 kg
Capacità bottiglia detergente	1.000 ml

Vincoli Ambientali

Temperatura di esercizio	10°C – 40°C
Temperatura di trasporto e stoccaggio -	20°C – 70°C